

CENTRO BIOMÉDICO

Of. Nº 0038 /92

Vitória 22 de janeiro de 1992.


Magnífico Reitor:

Através do presente vimos solicitar de Vossa Magnificência as providências que se fizerem necessárias para a prorrogação do afastamento da Professora **ROSI-LENE GUIMARÃES FERRAZ**, lotada no Departamento de Prótese Dentária, sem prejuízo dos seus vencimentos e vantagens, por um período de **18 (dezoito) meses**, a partir de **01 de fevereiro do ano em curso**, para conclusão de seu Curso de Pós-Graduação, a nível de Doutorado, na área de Concentração em Prótese Dentária, junto a Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia, São Paulo.

Esclarecemos, outrossim, que esta solicitação contou com a aprovação do Colegiado do Departamento de Prótese Dentária e do Conselho Departamental deste Centro, conforme comprovantes anexos.

Na oportunidade em que juntamos também ao presente uma cópia do expediente da interessada, subscrevemo-nos

Atenciosamente

Prof. Dr.  **FAUSTO EDMUNDO LIMA PERFIRA**
Diretor

Ao
Professor **ROBERTO DA CUNHA PENEDO**
Magnífico Reitor da
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

N E S I A

/wcv/

CENTRO BIOMÉDICO

Of. Nº 0037 /92

Vitória 22 de janeiro de 1992.

Senhor Diretor:

Através do presente vimos solicitar de V. Sa., a aquisição de **100 buchas nº 10, e 100 parafusos** correspondentes, para montagem das estantes do Setor de Anatomia Patológica do Departamento de Patologia, e, também, **02 (dois) EXAUSTORES** marca: **TUGÃO**, tipo: **AXIAL**, modelo: **EA 400M - 110v. - CV 1.6 RPM 1750**, para serem instalados no Biotério do Laboratório de Doenças Infecciosas do Departamento de Medicina Social deste Centro.

Na expectativa do pronunciamento de V.Sa., subscrevemo-nos

Atenciosamente


Prof. Dr. **FAUSTO EDMUNDO LIMA PEREIRA**
Diretor

Ao
Ilmo. Sr.
NELTON MARTINS YIN
MD; Diretor do
Departamento de Administração da
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

N E S I A

/wcv/

110102 COM.
3352247

IDENTIFICACION
GRUPO-3

027 3357278

DATA HORA DURACION
11-18 18:24 38'58

195 11 18 18:25
PAG. 100 EFEC
01 1 * 08

CENTRO BIOMÉDICO

OF. Nº 0036/92


Vitória(ES), 22 de janeiro de 1992.

Senhora Diretora,

Através do presente, informamos a V. S^ª. que o Professor **JOAO BATISTA POZZATO RODRIGUES**, solicitou demissão da Chefia do Departamento de Clínica Cirúrgica deste Centro em **08/01/92**, em virtude de ter assumido o cargo de Diretor Superintendente do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes - HUCAM na mesma data acima mencionada.

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


PROF. DR. FAUSTO EDMUNDO LIMA PEREIRA
DIRETOR

ILM^a SR^a
MARIA LÚCIA CASATE
M.D. DIRETORA GERAL DO
DEPARTAMENTO PESSOAL DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
N E S T A

/lrc/

CENTRO BIOMÉDICO

Of. Nº 0035 /92


Vitória 22 de janeiro de 1992.

Senhor Professor:

Através do presente estamos encaminhando anexo, o relatório das atividades desenvolvidas pelo Setor de Manutenção desta Universidade.

Na oportunidade apresentamos-lhe nossas

Cordiais Saudações


Prof. Dr. FAUSTO EDMUNDO LIMA PEREIRA
Diretor

Ao
Ilmo. Sr.
KLÉBER FRIZERA
MD. Prefeito da
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

N E S T A

/wcv/

CENTRO BIOMÉDICO
DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA


OF. 0034/92

Vitória, 16 de janeiro de 1992

Ao: Diretor do Departamento de Administração

A título de colaboração informo a Vossa Senhoria que as estufas de marca Biomatic adquiridas por este Departamento para atender pedido feito por este Centro não tem aprovado. Duas delas sem razão plausível atingiram temperaturas elevadas acima do desejado, queimando ~~tdo~~ todo material contido no seu interior. Um outro fato negativo é que o botão de controle de temperatura não fica protegido podendo acidentalmente, ser ~~dese~~ regulado como já aconteceu em nossos laboratórios. Seria interessante comunicar ao fabricante quanto aos problemas que ocorreram ou então não mais adquirir estufas com a marca Biomatic.

Atenciosamente



Prof. FERNANDO MUSSO

VICE DIRETOR DO CENTRO BIOMÉDICO